



Настольная низкоскоростная центрифуга TDZ4-WS

Максимальная скорость: 4000rpm
(Max Speed)

Максимальное центробежное ускорение: 2200xg
(Max. RCF)

Максимальная вместимость: 12x20ml
(Max. Capacity)

Без охлаждения

Cence TDZ4-WS Настольная низкоскоростная центрифуга

Эта центрифуга может поддерживать емкость ротора 18x10 мл, 12x20 мл, 4x50 мл и 24x10 мл.

Она подходит для больниц, научно-исследовательских институтов и университетов благодаря высокой рентабельности, надежному качеству и идеальной производительности.

Преимущества продукта

1. Микропроцессорное управление, двигатель постоянного тока без угольных щеток.
2. Красивый и элегантный внешний вид и ЖК-дисплей высокой яркости для удобства эксплуатации.
3. Уникальный амортизатор для хорошей балансировки.
4. Время отображается в секундах, если время обратного отсчета меньше 1 минуты.
5. Аппарат целнолитой.
6. Уникальная технология воздухообмена повышает температуру при температуре плюс 10 °C, что может защитить чувствительные к температуре образцы.
7. Благодаря конструкции с мягкими петлями крышка открывается автоматически и плавно.
8. Автоматическая блокировка крышке закрываться автоматически при небольшом и мягком нажатии.
9. Автоматическая блокировка крышки обеспечивает безопасную и надежную работу, и система не запустится, если крышка не будет закрыта должным образом.
10. Оснащена устройством аварийного открывания крышки в случае сбоя питания, безопасна и проста в эксплуатации.

Технические параметры

Модель	TDZ4-WS
Max. speed	4000rpm
Max. RCF	2200xg
Макс. вместимость	12x20мл
Точность скорости	±30rpm
Диапазон настройки времени	от 1 мин до 99 мин
Шум	<62dB(A)
Источник питания	AC220±22V 50/60Hz 5A
Потребляемая мощность	100W
Размер (ШxГxВ)	456x330x266мм
Размер упаковки (ШxГxВ)	568x423x300мм
Вес нетто	12кг

Параметры ротора

Тип ротора	Max. speed(rpm)	Max. RCF(xg)	Ёмкость
угловой ротор	4000	2200	12x20 мл (пробирка для сбора крови 5 мл/7 мл)
угловой ротор	4000	2200	18x10 мл (пробирка для сбора крови 5 мл/7 мл)
угловой ротор	4000	2200	24x10 мл (пробирка для сбора крови 5 мл/7 мл)
угловой ротор	4000	2200	4x50мл